

Control set CLIA EBV EBNA-1 IgM

EAN-Code: 8595635310904

Katalognummer: CL-EBMCON

Verpackungsgröße: 2x20 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



- Das Kit ist zur Verwendung zusammen mit CLIA-Kits auf dem KleeYa®-Analysator vorgesehen.
- Das Kit enthält positive und negative Kontrollseren, die zur Überprüfung der Funktionalität von CLIA-Tests und zur Genauigkeit der erzielten Ergebnisse dienen.

Für weitere Informationen verweisen Sie bitte auf [die BiovendorGroup CLIA-Webseite](#).